„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ" ЕООД /СБАЛОЗ/

1233 гр.София, бул."Столетов" №67, тел.: 02/801 39 22, тел./факс: 02/832 11 56,E-mail: sbaloz@sbaloz-sofobl.com

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ" ЕООД
гр. София, бул. „Столетов" №67
№ РД-36-07 20 г.
07.01.2019

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от закупуване **фабрично нова графично – скопична рентгенова система за нуждите на СБАЛОЗ-София област ЕООД**, Ви каним да представите ОФЕРТА.

Офертата е необходима за определяне на прогнозната стойност и минималните техническите характеристики на медицинската апаратура с цел осигуряване на целеви средства и обявяване на обществена поръчка за възлагане на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на **графично – скопична рентгенова система.**

Оферти могат да се представят лично, по факс, електронна поща на адрес sbaloz@sbaloz-sofobl.com или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД /СБАЛОЗ/ с административен адрес: гр. София, п.к. 1233, бул. „Столетов" № 67, всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, в срок до 14.01.2019 г.

Приложение: Техническа спецификация

Д-Р ДИАНА Й
УПРАВИТЕЛ

Заличен по чл. 2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ФАБРИЧНО НОВА ГРАФИЧНО – СКОПИЧНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА

1.Високочестотен рентгенов генератор за графия и скопия
1.1 Параметри при графия : не по-малко от 50 KW - 150 KV - 630 mA.
1.2 Анатомични програми: поне 600
1.3 Конзола за дистанционно управление
1.4 Микропроцесорен контрол.
1.5 Захранване: трифазно 380/480 VAC ±10% 50/60 Hz.
1.6 Автоматичен контрол на експозицията (AEC)
1.7 Функция самодиагностика на грешки
1.8 DAP - метър
2. Компактна пациентна маса
2.1 Подходяща за графия, скопия
2.2 Обхват на накланяне: не по-малко от +90° /–25° Trendelenburg
2.3 Латерално движение: не по-малко от 250 mm
2.4 Размер на плота: не по-малки от 200 x 75 cm
2.5 Противодифузионна решетка фиксирана
2.6 Автоматично устройство за прицелни снимки
за стандартни касети с различни размери
2.7 Скорост на движение на устройството за прицелни снимки: не по-малко от 37 mm/sec
2.8 Разстояние плот – филм: не по-голямо от 45 mm
2.9 Колиматор ръчен /автоматичен
2.10 Регулируемо фокус – филм разстояние FFD не по-малко от : 100 -150 cm
2.11 Пациентен плот с трансверзално движение: не по-малък от 250 mm
3. ЕОП с три полета - не по-малко от 9”
3.1 Дигитална Образна система
3.2 Кадрова скорост за флуороскопия: не по – малко от 30, 15 кадъра в сек.
3.3 CCD камера поне 1024 X 1024 12 bit
3.4 Монохромен медицински 19" LCD монитор (1280 x 1024 или по-добър)
3.5 Максимални данни на монитора: яркост поне 1000cd/m, контраст – не по-малко от 900:1
3.6 Операционна система Windows
3.7 Памет с капацитет на хард диска поне 320 GB
3.8 Поддръжка на DICOM 3.0
3.9 Запис на пациентско CD
4. Вертикален буки статив
5. Интерком система

При изготвянето на офертата в настоящата пазарна консултация следва да се съобразят следните изисквания към доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация

1. В помещенията определени за монтаж на апарата има налични, подлежащи на демонтаж 2 бр. рентгени;
2. Медицинското оборудване трябва да бъде доставено ведно с всички принадлежности и консумативи, включително с ръководство за работа (на български и английски език) в електронен формат и едно копие на хартия, с ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, както и необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите.
3. Монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи, изработка и изпълнение на съответната документация за лъчезащита и узаконяване пред компетентните държавни органи, издаване на съответните лицензии, разрешения и др. подобни на името на СБАЛОЗ София област ЕООД, и провеждане на минимум 3 дневно обучение на персонала за работа с доставеното медицинско оборудване, като разходите за това са за сметка на Изпълнителя, с изключение на държавните такси за издадените на името на СБАЛОЗ София област ЕООД лицензионни документи от НЦРРЗ и АЯР;
4. Изготвяне на проекта за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Национален център по радиобиология и радиационна защита(НЦРЗ) и агенция по ядрено регулиране(АЯР).
5. Пълно гаранционно обслужване и поддържане на доставеното медицинско оборудване за срок от 3 /три/ години с изключение на рентгеновата тръба, за която този срок е 12 /месеца/. Срокът на гаранционното обслужване не може да бъде по кратък от предоставеният от производителя гаранционен срок на компютърния томограф и ренгеновата тръба.